

## YK-2005LX 按鍵及操作說明(一)

**Power ON/OFF:** 電源開關

- 1、按 POWER Key 一次 Power ON,開始量測照度。
  - (1)、檔位選擇區分為 200.0、2000、2000\*10 及 2000\*100 四個檔位。
  - (2)、開機時會依據所處在的照度自動選擇適當的 Range(200.0、2000、2000\*10 三個 Range 有效)。
- 2、在 Power ON 的狀態下,再按一次 Power Key 持續超過 2 秒,為 Power OFF。

**Hold Data :** 保持 LCD 上的資料不做變換。

- 1、按 Hold Key 一次將 LCD 上的資料 hold, 保持不變。
- 2、再按 Hold Key 一次解除 Hold 功能。

**Range :** 選擇量測的範圍。

- 1、檔位選擇區分為 200.0、2000、2000\*10 及 2000\*100 四個檔位。
- 2、按 RANFE Key 一次, 選擇下一個檔位, 循環選擇。

**SOURCE :** Light source 的選擇。

- 1、按 SOURCE KEY 可以循環選擇其他三種燈源 鈉燈(sodium)、日光燈 (fluorescent light)及太陽燈(sunlamp)。Light source 選擇區分：
  - (1)、Type 0 : 沒有特別指示, 為一般照度
  - (2)、Type 1 : 鈉燈(sodium)LCD 顯示 “Type 1”。
  - (3)、Type 2 : 日光燈( fluorescent light) LCD 顯示 “Type 2”。
  - (4)、Type 3 : 太陽燈(sunlamp) LCD 顯示 “Type3”。

**ZERO :** 照度歸零按鍵。

- 1、在 200.0LUX 檔位才有作用。
- 2、按 ZERO Key 持續超過 2 秒將所測得數值視為零點為歸零用途, 將所測得數值歸零並記入 EEPROM。

**Date or Time :** 顯示時間或日期。

- 1、按 Time(Symbol) Key 一次, 顯示時間的“時”、“分”、“秒”。
- 2、再按 Time(Symbol) Key 一次, 顯示時間的“年”、“月”、“日”。
- 3、再按 Time(Symbol) Key 一次, 取消時間的顯示。
- 4、循環。

**Sample Time 顯示 :** 顯示所設定的紀錄(Date logger)取樣時間。

- 1、按 Logger Key 一次, LCD 會顯示 “Sample Time”及所設定的時間。
- 2、約 2 秒後自動消失, 回復量測值。

## YK-2005LX 按鍵及操作說明(二)

**Record 狀態：**紀錄量測時的最大值與最小值。

- 1、按 REC. Key 一次，進入比較量測的最大值與最小值，LCD 顯示 REC 符號。
- 2、按 REC. Key 持續超過 2 秒，離開 Record 模式，並清除 REC 符號。

**Recall：**在 RECORD 狀態下，呼叫 Max. Value 或 Min. Value。

- 1、按 REC. Key 一次，顯示紀錄中的最大值，並停止紀錄。
- 2、再按 REC. Key 一次，顯示紀錄中的最小值，並停止紀錄。
- 3、循環顯示。

### RECORD 繼續

在 RECALL 狀態下，按 HOLD Key，清除 MAX.及 Min.符號，繼續做最大值與最小值的比較。

### RECORD 離開：

按 REC. Key 持續超過 2 秒，離開 Record 模式，並清除 REC、Max.、Min. 符號。

**Data Logger 自動記錄資料：**依照所設定的取樣時間記錄資料。

進入 Data logger 時會自動將此次記憶資料規劃於同一個 Block，每進入一次增加一個 Block，最大為 250 個 Block。

- 1、按 Logger Key 檢視取樣時間，必須大於 0 秒。
- 2、按 REC Key 進入 REC 模式。
- 3、再按 Logger Key 開始進入 Data Logger 記錄模式 LCD 顯示 DATA 符號。
- 4、依照所設定的取樣時間開始記憶資料，記憶資料時 LCD 會顯示 “Recording ...”。
- 5、記憶體用完時會顯示 “記憶體已滿”的訊息，LCD 顯示 “Full ESC:quit” 訊息。

**Data Logger PAUSE：**暫停 Data Logger 記錄模式。

- 1、在 Data Logger 記錄資料模式下，按一次 Logger Key 暫停 Data Logger 記錄模式。
- 2、再按一次 Logger Key 繼續做 Data Logger 記錄。

**Data Logger 離開方式：**離開 REC 模式下同時離開 Data Logger 模式。

按住 “REC Key”持續超過 2 秒，離開 REC 模式也同時結束 Data Logger 模式。

## YK-2005LX 按鍵及操作說明(三)

**Data Logger 手動記錄資料：**每按一次記錄一筆資料。

進入 Data logger 時會自動將此次記憶資料規劃於同一個 Block，每進入一次增加一個 Block，最大為 250 個 Block。

- 1、按 Logger Key 檢視取樣時間，必須為 0 秒。
- 2、按 REC Key 進入 REC 模式。
- 3、按 Logger Key 開始進入 Data Logger 記錄模式 LCD 顯示 DATA 符號，記錄完一筆資料 LCD 顯示 Recording...後隨即進入 Pause 狀態，。
- 4、再按 Logger Key 繼續記錄單一筆資料，重覆到離開 Data Logger 記錄模式。

**SEND Data Logger 資料：**

1、按住“SEND Key”持續超過 2 秒，LCD 顯示“Transmit mode”進入資料傳輸模式。

(1)、LCD 大字體閃爍顯示資料為記憶的數值(例如：23.5 ft\_cd)與記憶體的位置(例如：64 表示從第 64 的位置開始儲存)。

(2)、LCD 小字體閃爍顯示資料為記憶的 Block 數值(例如：4 表示這是第四個 Block 所存的位置)與記憶體的時間(例如：00:58:23 表示開始儲存第 4 Block 第一比資料的時間)。

2、按▲ Key 或 ▼ Key 選擇要傳送的 Block。

3、按 SEND Key 開始傳送資料。

(1)、LCD 會顯示“Sending Data”並且於大字體顯示所傳送的 Block 所剩餘資料的筆數。

(2)、在這個 Block 的資料傳送完畢則會回到選擇 Block 或等待結束。

**SEND Data Logger 資料\_PAUSE：**

1、在資料傳送時，按 SEND Key 會暫停傳送資料 LCD 顯示“Pause ESC:Quit”。

2、再按一次 SEND Key 繼續傳送資料。

**Data Logger 資料傳送-離開：**

1、在資料傳送時按 ESC Key 會停止傳送資料，還在傳送模式中。

2、在傳送資料模式中按 ESC Key 就會離開傳送模式。

## YK-2005LX 按鍵及操作說明(四)

### SETTING MODE:

#### (一)顯示記憶體剩餘空間:

- 1、按住 Set Key 持續超過 2 秒進入 Setting Mode，顯示第一項目為“記憶體剩餘空間”，LCD 顯示“Memory Space”訊息，並於 LCD “小字體”顯示出剩餘可用的空間。 例如：15000 表示還有 15000 筆數空間可使用。
- 2、按 ESC Key 離開或再按一次 Set Key 進入另一選項。

#### (二)清除記憶體(Memory)使用空間(筆數)

- 1、按住 Set Key 持續超過 2 秒進入 Setting Mode，顯示第一項目為“記憶體剩餘空間”，LCD 顯示“Memory Space”訊息。
- 2、再按一次 Set Key 進入清除記憶體使用空間，LCD 顯示“Clear Memory”訊息，並於 LCD “小字體”顯示出“已經紀錄的筆數”。 例如：1000 表示已經有儲存 1000 筆資料。

- 3、按 Enter Key LCD 會顯示“ESC: N? Enter: Y?”是否確定清除的訊息。

(1)、**確定清除**：再按一次 Enter Key 清除記憶體已經使用空間並將 Block 數歸零。

(2)、**放棄**：按 Esc Key 離開“清除記憶體”模式。

- 4、按 Esc Key 離開“清除記憶體”，或再按一次 Set Key 進入另一選項。

#### (三)時間及日期設定方式：為時間調整及日期設定由年、月、日、時、分、秒。

- 1、按住 Set Key 超過 2 秒進入 Setting Mode，顯示第一項目為“記憶體剩餘空間”，LCD 顯示“Memory Space”訊息。
- 2、再按 Set Key 直到進入“時間設定模式”，LCD 顯示“Date Time Set”訊息，並閃爍顯示“可以調整的位置”。
- 3、按“▲ Key”或按“▼ Key”調整時間或日期。
- 4、按“Enter Key”確認調整數值並變換下一個調整點(例如：“年”調整好以後按“Enter KEY”除了確定“年”數值外，並進入“月”的調整。

\*\*\* 年、月、日、時、分、秒循環調整完成。 \*\*\*

- 5、按“ESC Key”離開設定模式，或再按一次 Set Key 進入另一選項。

#### (四)設定記憶取樣時間：最高設定為 8 時 59 分 59 秒(32399 秒 < 32768 )

- 1、按住 Set Key 超過 2 秒進入 Setting Mode，顯示第一項目為“記憶體剩餘空間”，LCD 顯示“Memory Space”訊息。
- 2、再按 Set Key 直到進入“取樣時間設定模式”，LCD 顯示“Sample Time”訊息，並閃爍顯示“可以調整的位置”。
- 3、按“▲ Key”或按“▼ Key”調整取樣時間。
- 4、按 Enter Key 確認調整時間並選擇下一個調整點(時、分、秒循環)。
- 5、按 Esc Key 離開設定模式，或再按一次 Set Key 進入另一選項。

## YK-2005LX 按鍵及操作說明(五)

(五)設定 Auto Power OFF： 啓動 Auto power OFF 時，在 10 分鐘內若沒有操作按鍵就會自動關機。

- 1、按住 Set Key 超過 2 秒進入 Setting Mode，顯示第一項目爲“記憶體剩餘空間”，LCD 顯示“Memory Space” 訊息。
- 2、再按 Set Key 直到進入“取樣時間設定模式”，LCD 顯示“Aoto Power OFF” 訊息。
- 3、按“▲ Key”或按“▼ Key”調整。

LCD 數字 0:表示 Auto power off “Disable”，LCD 數字“1”：表示 Auto power off “Enable”

- 4、按 Enter Key 確認 Auto power off “Disable”或 Auto power off “Enable”。
- 5、按 Esc Key 離開設定模式， 或再按一次 Set Key 進入另一選項。

(六)設定照度單位顯示：

- 1、按住 Set Key 超過 2 秒進入 Setting Mode，顯示第一項目爲“記憶體剩餘空間”，LCD 顯示“Memory Space” 訊息。
- 2、再按 Set Key 直到進入“照度單位顯示設定”，LCD 顯示“Unit Setting” 訊息。
- 3、按“▲ Key”或按“▼ Key” 設定單位爲 LUX 或 Ft\_cd。
- 4、按 Enter Key 確認所設定的單位。
- 5、按 Esc Key 離開調整或設定模式。

(七)設定照度 Auto-Range：

- 1、按住 Set Key 超過 2 秒進入 Setting Mode，顯示第一項目爲“記憶體剩餘空間”，LCD 顯示“Memory Space” 訊息。
- 2、再按 Set Key 直到進入“Auto-Range 設定”，LCD 顯示“Auto-Range” 訊息。
- 3、按“▲ Key”或按“▼ Key” 使 LCD 數字顯示爲  
1: Auto-Range Enable 或 0: Auto-Range Disable。
- 4、按 Enter Key 確認設定。
- 5、按 Esc Key 離開調整或設定模式。